

СП43, СТЕНД

Серия: Аппаратура Вибробит 300

Стенд проверочный СП43 предназначен для настройки и проверки состояния модулей [аппаратуры «Вибробит 300»](#) при регулировке, монтаже и обслуживании.

Стенд может применяется при метрологической проверке измерительных модулей контроля и как источник питания с напряжением +24 В и +15 В. Контроль параметров осуществляется с помощью внешних измерительных приборов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Виды выходного переменного сигнала генератора ПГ10	гармонический; меандр
Диапазон задаваемых частот генератора ПГ10, Гц	0,01 — 10 000
Диапазон регулировки СКЗ переменной составляющей выходного сигнала генератора ПГ10, В	0 — 2
Диапазоны регулировки постоянной составляющей выходного сигнала генератора ПГ10, В	-11 — 0; 0 — +11
Напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В	220 ± 22
Габаритный размер, мм	264×287×149
Масса, кг, не более	3

ОСОБЕННОСТИ

Настройка модулей контроля без установки их в секции шкафа АСКВМ
 Встроенный генератор испытательных сигналов
 Возможность подключения внешних измерительных приборов

Выходы интерфейсов RS485, CAN2.0B
Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

СОСТАВ

Блок питания БП17
Панель приборная
Генератор ПГ10

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение при заказе: Стенд СП43 ВШПА.421412.336.

ЗАГРУЗКИ

[ВШПА.421412.336 РЭ. Аппаратура «Вибробит 300». Стенд проверочный СП43.](#)
[Руководство по эксплуатации](#)
